

# Protokol ověření vodoměru

Zkušebna Mydlovary s.r.o.



Označení zařízení : Mikroterm

Zkoušel(a) : Pekárková

Datum ověření : 5.6.2013 8:03:58

Typ vodoměru : Hydrometer qn 6 s.v.

Číslo schválení : 142/92-1211

Zkouška:	1 - Q3	2 - Q2	3 - Q1
Metoda zkoušky :	Pevný, objemová	Pevný, objemová	Pevný, objemová
Průtok [ dm <sup>3</sup> /h ] :	6 095,73	641,18	264,89
Tlak za trati [ bar ] :	4,02	2,18	2,18
Hmotnost vody [ kg ] :			
Teplota [ °C ] :	23,5	23,1	22,1
Změna teploty [ °C ] :	23,5	23,1	22,1
Hustota vody [ kg/m <sup>3</sup> ] :			
Etalon :	E4	E6	E6
Chyba etalonu [ % ] :	0,60	0,25	0,41
Čas zkoušky :	00:03:15,03	155 00:14:35,14	00:13:56,13
Dovolená chyba [ % ] :	2,00	2,00	5,00

P.č.	Výrobné číslo	Vc1 [ dm <sup>3</sup> ]	V1 [ dm <sup>3</sup> ]	Chyba [ % ]	Vc2 [ dm <sup>3</sup> ]	V2 [ dm <sup>3</sup> ]	Chyba [ % ]	Vc3 [ dm <sup>3</sup> ]	V3 [ dm <sup>3</sup> ]	Chyba [ % ]	Výsl.	Zákazník
1.	36328188	330,15	334,07	1,18	155,78	157,58	1,15	61,30	63,25	3,18	VYH	Avia
2.	264110/12	330,15	0,00	0,00	155,78	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00	VYH	

Ověřil :